

仕様書

1. 仕様総説

医療用ポータブルエックス線発生装置であり、軽量で可搬性に優れ、競走馬の主に下肢部の疾患のレントゲン撮影に用いるのに適切なもの

2. 概要

品目・数量 ポータブルエックス線発生装置 1台

使用目的 入厩検疫検査時の馬体検査および交流競走馬、競走中止馬の精密検査

3. 仕様

以下の条件を満たす装置であること

- (1) バッテリー内蔵型
- (2) 1回の充電で100回以上の撮影が可能であること
- (3) 本体重量 8.0kg以下
- (4) 80kV以上の管電圧を有すること。
- (5) 専用キャリングケース付属
- (6) レーザーポインター装備

4. 納入場所

名古屋競馬場内（愛知県弥富市駒野町1番地） 馬診療所

5. 納入期限

令和6年8月31日

6. その他

- (1) 納入時及び納入後の適切な時期に、職員に操作方法等の説明を行うものとし、これに要する費用は受注者の負担とすること。
- (2) 引き渡しから1年以内の販売側および製造側に起因する故障については、受注者において、無償で対応すること。